



Licenta DEMO freeware

CERTIFICAT DE ETALONARE

Nr. **CE 2/12 01** Data 12.01.2006

Obiect:	Sublier de exterior															
Producator:	IMF Bucuresti															
Serie/numar:	128261															
Beneficiar:	Coman Niculina															
Comanda:	13L/07.09.2006															
Numar de pagini:	2															
Metoda de etalonare:	Comparare directa															
Conform cu:	NTH 1.01.95															
Conditii de referinta:	temperatura (20+-5)grade C															
Etaloane utilizate:	Trusa greutati etalon clasa M1 seria 639-79 CE Nr. DB-128-2006															
Rezultatele etalonarii:	<table><thead><tr><th>M etalon(g)</th><th>M lucru(g)</th></tr></thead><tbody><tr><td>20.0</td><td>20.5</td></tr><tr><td>50.0</td><td>50.5</td></tr><tr><td>100.0</td><td>100.5</td></tr><tr><td>200.0</td><td>200.5</td></tr><tr><td>300.0</td><td>300.5</td></tr><tr><td>400.0</td><td>400.5</td></tr></tbody></table>	M etalon(g)	M lucru(g)	20.0	20.5	50.0	50.5	100.0	100.5	200.0	200.5	300.0	300.5	400.0	400.5	
M etalon(g)	M lucru(g)															
20.0	20.5															
50.0	50.5															
100.0	100.5															
200.0	200.5															
300.0	300.5															
400.0	400.5															
Incertitudinea de masurare:	0.58g															

Nota: Incertitudinea atribuita este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere K=2 si a fost estimata in conformitate cu standardul SR ENV 3005:2003. Valoarea masurandului se afla in intervalul de valori desemnat cu o probabilitate de 95%.

Informatii suplimentare:

Rezultatele continute de prezentul certificat se refera la momentul si conditiile in care s-a realizat etalonarea. Laboratorul emitent nu este responsabil de prejudiciile care pot apare prin utilizarea inadecvata a elementelor etalonate.

Metrolog verficator:

Popa Marin

Responsabil tehnic:

Toader Florin

Rezultat verificare:

Corespunde